

24 時間クレアチニンクリアランス				4002500
				担当部署
24CCr				生化
検査オーダー				
患者同意に関する要求事項		特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→0		
	2			
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		特記事項なし		
検査受付時間		8 : 15 ~ 16 : 00		
検体採取・搬送・保存				
患者の事前準備事項		特記事項なし		
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1 蓄尿	2 2 蓄尿	ユリメジャータブレット	10	mL
2 全血	10 青	分離剤	8	mL
3 -	-	-	-	-
4 -	-	-	-	-
5 -	-	-	-	-
6 -	-	-	-	-
7 -	-	-	-	-
8 -	-	-	-	-
検体搬送条件		室温		
検体受入不可基準				
保管検体の保存期間		冷蔵・2 週間(追加検査については、検査室に要問合せ)		
検査結果・報告				
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部		
測定時間		当日中～翌日		
生物学的基準範囲		設定なし		

臨床判断値		設定なし				
基準値					単位	L/day
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	設定なし				
	低値	設定なし				
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		<p>GFR は、1 分間に糸球体から濾過される血漿量であり、腎機能の最も重要な指標である。</p> <p>糸球体から濾液とともに完全に濾過され、尿細管で分泌も再吸収も受けない物質イヌリンが1分間に腎臓で完全除去される血漿量、即ちイヌリンクリアランス(Cin)が真のGFRと定義される。</p> <p>Cr は糸球体基底膜から容易に濾過され、尿細管からの分泌・再吸収が少ないため、Ccr は GFR の近似指標となる。</p> <p>日本臨床第 7 版 644,2009</p>				