

*サイトメガロウイルス核酸定量(髄液)				7006000
				担当部署
CMVPCR CSF				外注
<b>検査オーダー</b>				
患者同意に関する要求事項		特記事項なし		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→ [サイトメガロ・EB]		
	2			
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		該当なし		
検査受付時間		8 : 15 ~ 16 : 00		
<b>検体採取・搬送・保存</b>				
患者の事前準備事項		特記事項なし		
検体採取の特別なタイミング		滅菌スピッツに採取後、凍結してご提出ください。指定外材料の為、参考値となります。エビデンスデータが無く、測定結果が得られない(増幅不良)可能性があります。本検査方法ではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので検体採取にあたっては取り扱いに充分ご注意ください。		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1 髄液	CMVPCR 髄液	なし	8	mL
2 -	-	-	-	-
3 -	-	-	-	-
4 -	-	-	-	-
5 -	-	-	-	-
6 -	-	-	-	-
7 -	-	-	-	-
8 -	-	-	-	-
検体搬送条件		室温		
検体受入不可基準		1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物		
保管検体の保存期間		検査委託先で 2 週間		

## 検査結果・報告

検査室の所在地	株式会社 SRL 第1・第2 八王子ラボラトリー 〒192-8535 東京都八王子市小宮町 51				
測定時間	2~4 日				
生物学的基準範囲	設定根拠については外注検査室に問合せ				
臨床判断値	設定根拠については外注検査室に問合せ				
基準値					単位
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	IU/mL 女性高値
パニック値	高値	該当なし			
	低値	該当なし			
生理的変動要因	該当なし				
臨床的意義	外注項目の為省略				